

L'unità di pesatura è stata progettata per facilitare l'installazione diretta della cella F1 in sistemi di pesatura e dosaggio nei serbatoi, silos, tramogge statiche o soggette a vibrazioni.

È realizzata interamente in acciaio Inox ed è dotata di supporto con elastomero per mantenere elevate caratteristiche anche in presenza di assestamenti, dilatazioni termiche, errori di posizionamento, spinte trasversali, deformazioni delle strutture e vibrazioni.

È completa di STOP meccanico regolabile per protezione da sovraccarichi e di protezione elettrica contro le scariche elettrostatiche.

This weighing unit is designed to refine on the installation of F1 load cell in weighing and batching systems in tanks, silos and hoppers. It is suitable for static or vibrating applications.

Made in stainless steel, the weighing unit is provided with an elastomer bearing to preserve excellent features even in event of settling, thermal dilation, positioning error, transverse thrusts and deformations or vibrations of structures.




It is completed by an adjustable mechanical STOP to protect from overloading and by an electrical protection against electrostatic discharges.

Basso profilo
Alta stabilità a lungo termine
Facile applicazione

Low profile
Long term high stability
Easy application

Dimensioni**Dimensions**

[mm]



| RANGE | A | B | M | H |
|-------------------------------|----|----|-----|-----|
| 2.5 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50kg | 40 | 30 | M8 | 100 |
| 100kg - 200kg | 50 | 45 | M10 | 115 |


Le caratteristiche tecniche delle celle di carico sono elencate nel datasheet F1.103
Technical data of the load cells are listed in data sheet F1.103

Schema di montaggio

Mounting plan


Sistema circolare a 3 punti di appoggio.

Circular system with 3 supporting points.



Sistema quadro a 4 punti di appoggio.

Square system with 4 supporting points.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Fissare le piastre inferiori delle unità a terra mediante bulloneria M8.
2. Fissare il sistema da pesare sull'elastomero mediante bullone M8 o M10.
3. Regolare lo **STOP** di sovraccarico in modo da lasciare una luce di 0.2 mm quando il sistema è caricato con il massimo peso.
4. Predisporre una corretta messa a terra di linea delle unità di pesatura istallate, rispettando le normative vigenti di impiantistica.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Set the lower plates of the unit to the floor using M8 bolts.
2. Install the weighing system to the upper plates of the unit using M8 or M10 bolt.
3. Adjust the overload **STOP** with a clearance of 0.2 mm when the system is loaded with the maximum weight.
4. Connect the weighing units in use to the electrical earth, in accordance with plant design regulations.

ATTENZIONE

Si raccomanda di rispettare sempre tutte le normative di sicurezza presenti nel paese in cui viene installata l'unità di pesatura.

Sarà cura dell'installatore effettuare una accurata analisi dei rischi ambientali (zone sismiche, vento ecc.).

Durante tutte le fasi del montaggio è necessario evitare accidentali sovraccarichi alle celle di carico.

Evitare il passaggio di corrente attraverso la cella di carico.

Durante le operazioni di saldatura posizionare la pinza di massa nella parte superiore all'unità di pesatura.

Durante la manutenzione verificare che gli **STOP** di sovraccarico siano in posizione corretta e puliti da eventuali residui di materiale.

WARNING

It is recommended to always observe scrupulously all the safety laws present in the country where the unit will be installed.

The installer shall perform a careful environmental risk analysis (seismic zones, wind etc).

Take care to avoid accidental overloads while assembling the unit.

Make sure the load cell is not subject to any electrical current.


While welding, connect the ground clamp to the top of the weighing unit.

*During maintenance check that the **OVERLOAD STOPS** are in correct position and clean of any residual material.*


| CODICE / CODE | Descrizione | Description |
|---------------|---|--|
| | UPF1 Unità di pesatura da 2,5 a 50 kg COMPLETA di base e elastomero. (cella esclusa) | Weighing unit for 2.5kg to 50kg range COMPLETE of base and elastomer. (load cell not included) |
| | UPF1B Unità di pesatura da 100 e 200 kg COMPLETA di base e elastomero. (cella esclusa) | Weighing unit for 100 and 200 kg range COMPLETE of base and elastomer. (load cell not included) |
| | CANTIVIBRANTEF1 Elastomero per carichi da 2,5 a 50 kg | Elastomer for loads from 2.5 to 50 kg |
| | CANTIVIBRANTEF1-200 Elastomero per carichi da 100 e 200 kg | Elastomer for loads of 100 and 200 kg |
| | PDM8 Piede snodato completo di dadi di fissaggio M8. | Articulated leveling foot complete of M8 fixing bolts |

Esempi d'installazione Examples of installation

Piattaforma a 4 punti di appoggio con piedi snodati standard.
Platform with 4 supporting points with jointed standard feet.



Silos a 3 punti di appoggio.
Silo with 3 supporting points



AEP transducers

Measurements of WEIGHT, FORCE, PRESSURE and TORQUE since 1974

41126 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel: +39-(0)59-346441

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ 1100-01

ACREDITED
ISO 17025
LABORATORY



ATEX Ex
Production Quality
Assurance Notification
TÜV CY 17 ATEX 0205891 Q

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice.